

副本

檔 號：
保存年限：

衛生福利部中央健康保險署 公告

241



47


新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

發文日期：中華民國111年12月27日

發文字號：健保審字第1110064121號

附件：1.新收載品項明細表2.給付規定修正對照表
(請於本署全球資訊網自行擷取)



主旨：公告暫予支付特殊材料「“奧沛迪”沛迪骨板系統-4孔骨板組」等6項暨其給付規定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：「全民健康保險特材新收載品項明細表」(附件1)及「給付規定修正對照表」(附件2)已置於本署全球資訊網/健保服務/健保藥品與特材/健保特殊材料/健保特材品項查詢/公告特材品項表/111年，請自行擷取。

副本：行政院法規會、衛生福利部法規會、衛生福利部醫事司、衛生福利部社會保險司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部全民健康保險會、衛生福利部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、地方政府衛生局、國防部軍醫局、社團法人台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣美國商會、歐洲在臺商務協會、臺北市儀器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、台灣醫療

暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、本署企劃組（請刊登健保電子報）、本署醫務管理組、本署各分區業務組（請轉知轄區院所）、亞太醫療器材科技股份有限公司、壯生醫療器材股份有限公司、愛派司生技股份有限公司

署長李伯璋



「全民健康保險特材新收載品項明細表」

附件1

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	暫予支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
1	FBP06030574K	“奧沛迪”沛迪骨板系統-4孔骨板組	“OrthoPediatrics” PediPlate Bone Plating System-plate set(4 holes)	(00-1010-214;217;220);(00-1015-416;422;432);(00-1015-0716;0720;0724;0728;0732;0736;212;214;216;218;220;222;224;226;228;230;232;234;236;238;240;242;244;246;248;250;316;320;324;328;332;336;516;518;520;522;524;525;526;528;530;532;534;535;536;616;620;624;628;632;636)	組	衛部醫器輸字第030570號	愛派司	44,900	1. 本案特材為新功能類別特材。 2. 依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第61次(111年11月)會議結論辦理。	D203-7	112/02/01
2	FBP06PD108S1	"信迪思" 鎖定加壓小兒髖骨骨板系統	"Synthes"LCP PediatricHip plate System	(02.108.-300; 301; 303; 310; 311;313;315;316; 330;333; 320; 321;323;325; 326; 340;343); (02.108.-300; 301; 303; 310; 311;313;315;316; 330;333; 320; 321;323;325; 326; 340;343-S)	組	衛署醫器輸字第020418號	壯生	44,900	1. 本案特材為新功能類別特材。 2. 依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第61次(111年11月)會議結論辦理。	D203-8	112/02/01
3	FBP06X1083Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系統-髖骨鎖定骨板	“SYNTEC” Pediatric Plate System-LCP Pediatric HIP Plate	(021;041-083-00;03;10;11;13;13-1;15; 20;21;23;23-1;25;30;33;40;43)	組	衛部醫器製字第007183號	亞太	44,900	1. 本案特材為新功能類別特材。 2. 依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第61次(111年11月)會議結論辦理。	D203-8	112/02/01
4	FBP06X1084Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系統-髌骨鎖定骨板	“SYNTEC” Pediatric Plate System-LCP Pediatric Condylar Plate	(021;041-084-10;12;20;22)	組	衛部醫器製字第007183號	亞太	44,900	1. 本案特材為新功能類別特材。 2. 依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第61次(111年11月)會議結論辦理。	D203-8	112/02/01
5	FBP06PDX1Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系統-H型鎖定骨板	“SYNTEC” Pediatric Plate System-H- Locking Plate	(PDT-210;410-16;18;20;22;24;26;28;30;32-DT)	組	衛部醫器製字第007183號	亞太	44,900	1. 本案特材為新功能類別特材。 2. 依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第61次(111年11月)會議結論辦理。	D203-9	112/02/01
6	FBP06PDX2Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系統-8型鎖定骨板	“SYNTEC” Pediatric Plate System- 8- Locking Plate	(PDT-220;420-12;14;16;18;20;22;24-DT)	組	衛部醫器製字第007183號	亞太	44,900	1. 本案特材為新功能類別特材。 2. 依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第61次(111年11月)會議結論辦理。	D203-9	112/02/01

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

附件2

給付規定分類碼：D203-7

(自112年2月1日生效)

修正給付規定	原給付規定	說明
兒童長骨畸形矯正骨板系統(4孔)(自 112 年 02 月 01 日生效) 一、限青春期末生長突增期間(女孩10歲以上，男孩12歲以上，生長板尚未關閉)或體重40公斤以上、身高140公分以上的兒童使用，符合下列條件之一： (一)膝內翻或膝外翻達下肢軸線(股骨頭中心至踝關節中心連線)超過膝關節中間 1/2 且生長板尚未關閉。 (二)膝屈曲攣縮 10 度~20 度且生長板尚未關閉。 (三)踝關節脛骨平台或距骨平頂外翻超過 10 度且生長板尚未關閉。 (四)長短腿 2-5 公分(從地面算到腸骨頂)且生長板尚未關閉。 二、符合上述適應症，生長板之任一側以使用 1 組為限。	無	本項新增。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：D203-8

(自112年2月1日生效)

修正給付規定	原給付規定	說明
小兒髌骨鎖定骨板(自 112 年 02 月 01 日生效)： 限於未滿18歲兒童及身材矮小之成人 (身高140公分以下)因股骨近端/髌關節疾病或創傷使用於： 一、 轉子間和轉子下內彎或外彎切骨術。 二、 轉子間和轉子下反旋轉切骨術。 三、 近端股骨骨折。	無	本項新增。

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：D203-9

(自112年2月1日生效)

修正給付規定	原給付規定	說明
8 型鎖定骨板及 H 型鎖定骨板(自 112 年 02 月 01 日生效)： 限於未滿 18 歲兒童及身材矮小之成人（身高 140 公分以下）用於診療項目 64006B(矯正切骨術－肱骨、尺骨、橈骨、股骨、脛骨或腓骨)。	無	本項新增。