# 副本

檔　　號：
保存年限：

## 衛生福利部中央健康保險署　公告

241 47
新北市三重區重新路5段609巷4號10樓

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

發文日期：中華民國114年10月15日
發文字號：健保審字第1140672620號
附件：1.新收載品項明細表2.給付規定修正對照表
（請於本署全球資訊網自行擷取）

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 114.10.17 文
檔號： 114606

主旨：公告暫予支付特殊材料「"元心科技"鐵基可吸收肺動脈支架系統」計1項暨其給付規定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：「全民健康保險特殊材料新收載品項明細表」（附件1）及「全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表」（附件2）已置於本署全球資訊網/健保服務/健保藥品與特材/健保特殊材料/健保特材品項查詢/公告特材品項表/114年度，請自行擷取。

副本：行政院法規會、衛生福利部法規會、衛生福利部醫事司、衛生福利部社會保險司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部全民健康保險會、衛生福利部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、地方政府衛生局、國防部軍醫局、社團法人台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療

裝 訂 線

院所協會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣美國商會、歐洲在臺商務協會、臺北市儀器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、本署醫務管理組、本署各分區業務組(請轉知轄區院所)、鎧盛醫療器材科技股份有限公司

署長陳亮妤

# 全民健康保險特材新收載品項明細表

| 項次 | 特材代碼 | 特材中文品名 | 特材英文品名 | 產品型號 | 單位 | 許可證字號 | 廠商簡稱 | 支付點數 | 說明 | 給付規定 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC10000ZZ3E | “元心科技”鐵基可吸收肺動脈支架系統 | IBS Angel Iron Bioresorbable Scaffold System | (LT-ANGEL-225;250-08;12;15;18;23;28;33);(LT-ANGEL-275;300;350;400;500;600;700;800;900;100;120;140;160-08;12;15;18;23;28;33;38) | 組 | 專案進口 | 鎧盛 | 98,000 | 1.本案特材為新功能類別特材。<br>2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分78次（114年9月）會議決議辦理。 | A220-19 | 114/11/01 |

# 全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

## 給付規定分類碼：A220-19

## （自114年11月01日生效）

| 修正後給付規定 | 原給付規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| (114/11/01 生效)<br>一、 先天性心臟病術後產生肺動脈狹窄的病患。<br>二、 必須有一年內以下三類影像(電腦斷層、核磁共振攝影或心導管血管攝影)其中一項證實：證實其狹窄處直徑相較鄰近肺動脈節段的直徑必須小於50%。<br>三、 執行醫師資格限制:必須為小兒心臟科醫師且有執行肺動脈支架十例(含)以上的經驗。<br>四、 需事前審查。 | 無。 | 本項新增。 |